Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fuchs

Ingenieurbüro für Angewandte Spektrometrie

Engineer's Office for Applied Spectroscopy




Plasma-Emissionsmessung

Applikationsschrift

Eine objektive kontinuierliche Verfahrenskontrolle und im Bereich Oberflächenbehandlung mit Hilfe der Vakuum-Plasmatechnologie (PVD, PECVD) ist eine der großen Herausforderungen für die Betriebsmesstechnik. Neben der vielfach angewandten Methode der "visuellen Beautachtuna" des Plasmas durch den erfahrenen Anwender, liefern auch die sonst eingesetzten Messverfahren, wie z.B. die Massenspektroskopie, häufig nur unbefriedigende und für die Prozessüberwachung wenig taugliche Ergebnisse. Insbesondere die Massenspektroskopie gestattet in den wenigsten Fällen kausale Aussagen über die aktuelle "Qualität" eines Plasmas, da Prinzip bedingt der Ort der Messung nicht dem Ort des Geschehens entspricht. Ein wesentlich vielversprechendes Messverfahren ist die so genannte "Optische Emissions-Spektroskopie" (OES) mit Hilfe unserer Lichtleitergekoppelten TranSpec Diodenzeilen-Spektrometer:

- Simultane Erfassung von Emissionen im gesamten Spektralbereich 200...1000 nm
- Erfassung auch geringster Emissionsstrahlungsleistung durch integrierende Messung
- Einfacher Anschluss an praktisch jede Anlage über Lichtleiter und Flansch
- Ortsaufgelöste Messungen durch spezielle, vakuumfeste Lichtleiter in der Anlage
- Praktisch wartungsfreie Messtechnik, da keine mechanisch bewegten Teile
- Keine Wellenlängen-Rekalibrierung nötig für die gesamte Lebensdauer des Gerätes



In der Abbildung oben links ist schematisch der Aufbau eines TranSpec OES-Messplatzes dargestellt. Die Emission des Plasmas wird im Rezipienten über einen speziellen Vakuum-Lichtleiter erfasst, der über einen Flansch mit einem normalen Lichtleiter außerhalb des Rezipienten verbunden ist und so dem Spektrometer zugeführt. Über die Technik mit flexiblen Lichtleitern kann so die Plasma-Emission auch an verschiedenen Stellen im Rezipienten gemessen werden.

Hinweis TranSpec ist ein in Deutschland eingetragenes Warenzeichen des Ing.-Büros für Angewandte Spektrometrie, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fuchs. Alle sonstigen Produktnamen sind möglicherweise Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.

DE-73430 Aalen Telefon: 07361 - 97 53 28 0 Web: www.angewandte-spektrometrie.de
Bischof-Fischer-Str. 108 Telefax: 07361 - 97 53 28 5 Email: sales@angewandte-spektrometrie.de